


Kuvvet Kalibrasyonu Kapsamı

	ESİT Elektronik Sistemler İmalat Ve Ticaret Ltd. Şti.	
	Kalibrasyon Laboratuvarı	
	Adres : Nişantepe Mahallesi No:8 34794 Alemdağ Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE	Tel : 0 216 585 18 18 Faks : 0 216 585 18 19 e-posta : esit@esit.com.tr

Ölçüm Büyüküğü Kalibre edilen cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Kuvvet Standardı Makinesi Bağlı Ölçüm Belirsizliği	Açıklama
Kuvvet Yük Hücresi	20-200 N (2-20 kg)	Gösterge cihazıyla birlikte		* Ölü Ağırlıklı Kuvvet Makinesi ile
	0.2-5 kN (20-500 kg)		% 0.01	
	5-20 kN (500-2000 kg)		% 0.005	
	20-250 kN (2000-25000 kg)		% 0.004	
	250-2000 kN (25000- 200000 kg)			* Hidrolik Kuvvet Standardı Makinesi ile

* Yük hücresi kalibrasyonu ulusal ve uluslar arası ölçüm standartlarına izlenebilir olarak yapılmaktadır.
Akreditasyonu kapsamında değildir.